indusbello bambini

Autoclavable hasta 135° C

Favor verificar las Instrucciones de uso

No Estéril

Línea Odontológica

Manténgalo lejos de La luz del sol

Manténgalo Seco

Porta
Babero



- *Excelente trabamiento de los prendedores*
- *Fijan hasta los más finos baberos*
- *Diversos colores*
- *Formato hilo espiral o hilo silicón*

INDICACIONES: Utilizado para prender la servilleta, babero de paño, papel o plástico durante los procedimientos odontológicos.

INSTRUCCIONES DE USO: Apriete los prendedores para que ellos se abran y prenda en dos puntas de la superficie utilizada para que el se mantenga en posición en el paciente durante el tratamiento.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar residuos través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Metal y silicona.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
108552102230	Porta Babero Silicona Blanco	1 Unidad	Dispensado
108552102217	Porta Babero Silicona Amarillo	1 Unidad	
108552102229	Porta Babero Silicona Rojo	1 Unidad	
108552102218	Porta Babero Silicona Azul	1 Unidad	
108552102222	Porta Babero Silicona Verde	1 Unidad	
108552102221	Porta Babero Silicona Rosa	1 Unidad	
108552102220	Porta Babero Silicona Lila	1 Unidad	
108552102231	Porta Babero Espiral Blanco	1 Unidad	
108552102228	Porta Babero Espiral Verde	1 Unidad	
108552102224	Porta Babero Espiral Azul	1 Unidad	
108552102223	Porta Babero Espiral Blanco	1 Unidad	
108552102232	Porta Babero Espiral Rojo	1 Unidad	

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Industria Brasileña

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES
/indusbello /indusbello /indusbello